KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BELANJA MODAL
ALAT KEDOKTERAN UMUM (BLOOD PRESSURE MONITOR DIGITAL)

TAHUN ANGGARAN 2026

PROGRAM	**:**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**
KEGIATAN	**:**	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**
PEKERJAAN	**:**	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (BLOOD PRESSURE MONITOR DIGITAL)**
ANGGARAN	**:**	**Rp.200.000.000 ,-**
LOKASI	**:**	**RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**
KEGIATAN	:	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**
PEKERJAAN	:	**BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (KULKAS VAKSIN)**
TAHUN ANGGARAN	:	**2026**
LOKASI	:	**RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN**

A. LATAR BELAKANG

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen merupakan lembaga teknis di pemerintahan Kabupaten yang bernaung di pemerintahan Kabupaten Sragen, salah satu tugas pokoknya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Sragen c.q. RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen dalam melayani kesehatan msyarakat bermaksud untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Peralatan Kedokteran Umum pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Dengan mempertimbangkan bahwa Peralatan Kedokteran Umum (Blood Pressure Monitor Digital) tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk pelaksanaan tupoksi bagi aparatur/tenaga administrasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen bermaksud mengadakan pekerjaan pengadaan yaitu belanja modal pengadaan alat kedokteran umum (Blood Pressure Monitor Digital)

Dalam KAK ini akan dijelaskan maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, anggaran yang disediakan serta keluaran yang harus dihasilkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan kegiatan penyediaan ini adalah terlaksananya pengadaan alat kedokteran umum (Blood Pressure Monitor Digital)

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kesehatan yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan.

C. SASARAN

Sasaran dari pekerjaan ini adalah terwujudnya pelaksanaan pengadaan peralatan kedokteran umum (Blood Pressure Monitor Digital) pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.

D. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dasar hukum dalam kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Direktur RSDU dr. Soehadi Prijonegoro Sragen nomor 2517 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

E. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan adalah Kantor RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Jl. Raya Sukowati No. 534 Sragen.

F. SUMBER PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai oleh Dana BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (BLUD) dengan data sebagai berikut :

Kode Rekening	:	5.2.02.99.099.09999/08
Uraian	:	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Blood Pressure Monitor Digital)
Nilai HPS	:	Rp 39.127.500,- (termasuk PPN 11%)
Alokasi Dana	:	BLUD

G. KELUARAN

Adapun keluaran dari kegiatan ini tersedianya Alat Kedokteran Umum (Blood Pressure Monitor Digital) pada Kantor RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Jml	Keterangan
1	**BLOOD PRESSURE MONITOR DIGITAL** • Power, AC100-220V 50/60Hz 40VA • Electric Protection type, CLASS I B • Safety Standard, JIS T 1115 : 2018, JIS T 0601-1 : 2017, IEC 60601-1-2 : 2014 • Measurement method, Riva Rocci and Oscillometric • Measurement range, 10 to 300 mmHg / 1 mmHg • Pulse range, 30 to 200 bpm • Display, LED Digital • Auto paper cutter, Partial cut / full cut • Printer, Line Thermal Printer with printing 3 size paper • Audio guidance, ADPCM Audio • Communication, RS-232C • Operation environment, Temperature : 10 to 40° C Humidity 30 to 85% RH • Storage environment, Temperature : -10 to 60°C Humidity 30 to 95% RH • RH Dimension, W242×D534×H338(mm) • Weight, Approx. 5.0 kg • Emergency stop function, Pressure >301 mmHg or measurement period >2.5 minutes • Pressure Limit, 220 mmHg. Limiter can be adjusted up to 300 mmHg by authorized dealer.	Unit	1	Menganti alat yang rusak untuk Nurse Station Barat dan Timur

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen (BLUD) pada RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Tahun Anggaran 2026 diajukan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sragen, 27 Januari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

dr. Dwi Budi Wahyono, Sp.KFR.
NIP. 19780815 200501 1 006